



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA

Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

COD. 8*1*15-16-28-48 **FILTRI PER FIBRE AERODISPERSE**

Durante l'intervento di bonifica, deve essere predisposto un monitoraggio ambientale, al fine di individuare tempestivamente un'eventuale dispersione di fibre di amianto. Vedani Srl propone una vasta gamma di strumenti per il campionamento, ideali per il prelievo della maggior parte dei contaminanti aerodispersi, i quali funzionano avvalendosi di vari tipi di membrane e testine per il campionamento.

Cod. 8*1*15 MEMBRANE QUADRETTATE ESTERI DI CELLULOSA

Membrane filtranti fustellate con particolari procedure, atte a prevenire che eventuali micro-residui del taglio si depositino sulla membrana stessa, inficiandone il conteggio. Realizzate in esteri misti di cellulosa, appositamente per il monitoraggio delle fibre minerali naturali ed artificiali.

- ⇒ materiale: MCE
- ⇒ superficie: bianca grigliata;
- ⇒ porosità: 0,8 micron;
- ⇒ diametro: 25 mm;
- ⇒ porosità tipica: 82%;
- ⇒ portata: maggiore o uguale a 190 ml/min/cm² a 20°C e 0.7 bar di pressione differenziale;
- ⇒ punto di bolla: 0,98 bar;
- ⇒ autoclavabile: sì
- ⇒ confezioni: 25 pezzi



Cod. 8*1*16 CASSETTINE PORTAMEMBRANA

Piastre in polistirene stampato trasparente, a base rettangolare con spigoli arrotondati e sezione circolare (coperchio) a pressione, atta a contenere e a mantenere immobile la membrana durante il trasferimento al laboratorio analisi e la conservazione. Conforme al D.M. 06/09/1994 e al metodo UNICHIM 285/2003.

- ⇒ materiale: polistirene trasparente
- ⇒ dimensione base: 51x76 mm; diametro sezione portamembrana: 25 mm
- ⇒ confezioni: 25 pezzi



Cod. 8*1*48 MONITOR CON MEMBRANA 25 MM PER ANALISI IN MOCF

Monitor per per analisi fibre aerodisperse in M.O.C.F. (Microscopia Ottica in Contrasto di Fase), in polipropilene nero conduttivo di alta qualità, precaricato con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa, diametro mm 25, porosità 0,8 micron. Un severo controllo qualità prevede che, una volta assemblato, ogni monitor venga testato prima del confezionamento. Un ulteriore controllo a campione giornaliero viene effettuato sui lotti prodotti a cura di un laboratorio esterno (i risultati sono disponibili su richiesta). Ogni monitor riporta un'etichetta con il lotto di produzione. Conforme: D.M. 06/09/1994 e MDHS 39/4.

- ⇒ materiale: polipropilene nero conduttivo di alta qualità
- ⇒ membrana: bianca grigliata in esteri di cellulosa (MCE)
- ⇒ porosità: 0,8 micron;
- ⇒ diametro: 25 mm;
- ⇒ confezioni: 10 pezzi



Cod. 8*1*28 MONITOR CON MEMBRANA PER ANALISI IN SEM

Monitor per analisi fibre aerodisperse in S.E.M. (Microscopia Elettronica a Scansione), in polipropilene nero conduttivo di alta qualità, precaricato con membrana bianca in policarbonato, diametro mm 25, porosità 0,8 micron. Un severo controllo qualità prevede che, una volta assemblato, ogni monitor venga testato prima del confezionamento. Un ulteriore controllo a campione giornaliero viene effettuato sui lotti prodotti a cura di un laboratorio esterno (i risultati sono disponibili su richiesta). Ogni monitor riporta un'etichetta con il lotto di produzione. Conforme: D.M. 06/09/1994 e MDHS 39/4.

- ⇒ materiale: polipropilene nero conduttivo di alta qualità
- ⇒ membrana: bianca in policarbonato;
- ⇒ porosità: 0,8 micron;
- ⇒ diametro: 25 mm;
- ⇒ confezioni: 10 pezzi

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.

Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontandolo con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it.